

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B99487		

品 名	カタログ製品名 ^{*)}	CP番号	備 考
電気炉	山田電機㈱ MKS-430-6L 又は ㈱サマル RBH 60 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	CP24514X108014	数量 1EA #

注^{*)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 要求諸元

(1) 使用温度

炉内温度が187℃～193℃及び487℃～498℃の範囲内において安定した状態で、最低16時間継続使用できるものし、温度設定機能及びタイマー機能を有するものとする。

また、2時間以内に炉内温度を0℃から190℃±3℃まで上昇させ、安定させることができるものとする。

(2) 電源電圧 三相200V/50, 60Hz

(3) 電気容量 12kW～25kW

(4) 炉内寸法 W400×H300×L600mm以上

(5) 外形寸法 W1500×H1450×L1100mm以下

(6) 可搬機能

キャスター (セルフロック機能により固定できるもの) 付きで容易に可搬できるものとする。

2 提出書類

(1) 類別原資料 当該品目について納入実績のある会社は省略することができる。

(2) 取扱説明書 別途提出分 (初回) は、4部とし、器材添付は、2部とする。